



Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22, тел./факс: +7 (495) 959-28-96

www.nacmedpalata.ru; e-mail: org@nnpmp.ru; mail@doctor-roshal.ru

« 30» августа 2016 г.

исх. № 200/1

Опубликовано на портале Regulation.gov.ru 12.08.2016

<http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52694>

**Первому заместителю
Министра здравоохранения
Российской Федерации**

И.Н. Каграманяну

Уважаемый Игорь Николаевич!

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения направляем Вам замечания и предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказа Минздрава России : «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология»».

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа совместно с разработчиком и представителями НМП.

Приложение на 3 л.

С уважением,

**Президент
Союза «Национальная Медицинская Палата»**

Л.М. Рошаль

Приложение

Замечания и предложения экспертов Союза «НМП» к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология».

1. В приложении № 1 к Порядку:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«В Кабинете рекомендуется предусматривать:

помещение для приема детей;

помещение для выполнения кардиологических диагностических исследований, входящих в функции Кабинета.*

*- При отсутствии кабинета функциональной диагностики в структуре лечебного учреждения.

2. В приложении № 3 к Порядку:

а) пункт 15 в таблице изложить в следующей редакции:

«Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей разного возраста»

3. В приложении № 4 к Порядку:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции (4-5 строка):

«кабинеты функциональной диагностики *;
палату реанимации и интенсивной терапии **»

б) пункт 7 изложить/дополнить в следующей редакции (16,18 строка):

учебный класс (при необходимости);

учебный класс клинической базы (при необходимости).

в) Сноски изложить в следующей редакции:

* Предусматривается для детских кардиологических отделений, созданных в качестве структурных подразделений республиканских, краевых, областных и городских больниц на территории с населением *свыше* 500 000 чел.

** Предусматривается для детских кардиологических отделений в случае отсутствия отделения анестезиологии и реанимации в структуре лечебного учреждения.

4. В приложении № 5 к Порядку:

а) пункт 4 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штатных единиц) :

«2 на 30 коек»

Сноска под таблицей (исправить опечатку)

** Предусматривается для детских кардиологических отделений, созданных в качестве структурных подразделений республиканских, краевых, областных и городских больниц на территории с населением *свыше* 500 000 чел.

5. В приложении № 6 к Порядку, таблица «Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)»:

а) Изложить название таблицы в следующей редакции:

«Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за исключением палаты реанимации и интенсивной терапии)»

б) удалить из таблицы пп. 3, 4, 20, 32 – не требуется

в) пункт 5 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук) :
«по количеству палат для детей до года»

г) пункт 10 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук) :
«1»

д) пункт 15 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук) :
«1»

е) пункт 16 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук) :
«2»

ж) пункт 17 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук) :
«1»

з) пункт 19 в таблице изложить в следующей редакции (графа – наименование оборудования (оснащения)):
«Медицинский аспиратор»

и) пункт 28 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук):
«1»

к) пункт 31 в таблице изложить в следующей редакции (графа – наименование оборудования (оснащения)):
«Насос инфузионный (шприцевой и капельный)»

л) пункт 36 в таблице изложить в следующей редакции:
«Кислородный концентратор - 1»

м) пункт 44 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук) :
«по требованию»

Сноска под таблицей – исправить опечатку

* Предусматривается для детских кардиологических отделений, созданных в качестве структурных подразделений республиканских, краевых, областных и городских больниц на территории с населением *свыше* 500 000 чел.

6 В приложении № 6 к Порядку, таблица «Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения»:

- а) Изложить название таблицы в следующей редакции:
«Стандарт оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения»
- б) удалить из таблицы пп. 5, 6, 14 – не требуется
- в) пункт 2 в таблице изложить в следующей редакции:
«Инкубатор для новорождённых -1»
- г) пункт 3 в таблице изложить в следующей редакции:
«Система обогрева пациента - 1»
- д) пункт 10 в таблице изложить в следующей редакции:
«Дефибриллятор с функцией наружной кардиостимуляции»
- е) пункт 11 в таблице изложить в следующей редакции (графа – наименование оборудования (оснащения)):
«Медицинский аспиратор»
- ж) пункт 12 в таблице изложить в следующей редакции:
«Аппарат искусственной вентиляции лёгких – 2»
- з) пункт 16 в таблице изложить в следующей редакции:
«Система определения ионного и газового состава крови -1»
- и) пункт 17 в таблице изложить в следующей редакции:
«Насос инфузионный (шприцевой) – 2 на койку»
- к) пункт 18 в таблице изложить в следующей редакции:
«Насос инфузионный (капельный) -1 на койку»
- л) пункт 24 в таблице изложить в следующей редакции (графа – наименование оборудования (оснащения)):
«Консоль с подводкой кислорода»
- м) пункт 31 в таблице изложить в следующей редакции (графа – количество штук):
«1 на койку»